ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualización: 03/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: SNO137935 | Fecha Inicio: 23/06/22 11:15 | Fecha Fin: 23/06/22 12:40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI | NO X | **FECHA INICIO AISLAMIENTO** | **FECHA FIN AISLAMIENTO**

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	N. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ANALISIS DE EQUIPO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5Lmin)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5Lmin)	Pila (5Vdc)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5Vdc)	FILTROS (5Vdc)	BASE (5Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - 1A)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILLA (5V - 1A)	RUEDAS (5Vdc)	OBSERVACIONES
	14962	6.2	94.6											Mark. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena			Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fluómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión sonda de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5Lmin)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5Lmin)	Pila (5Vdc)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5Vdc)	FILTROS (5Vdc)	BASE (5Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - 1A)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILLA (5V - 1A)	RUEDAS (5Vdc)	OBSERVACIONES
	14966	6.2	94.7											Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.