



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMAYO
OAG-MAN-FR-005
Fecha Actualización: 03/03/10
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión a: Auxilio Mantenimiento: No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: **M-470013** Fecha Inic: **23/06/12** G.09 Fecha Fin: **23/06/12** 11:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DANO, CLASE DANO, DESCRIPCION, CANTIDAD, D. ASORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE'.

En Mantenimiento: HOROMETRO, PRESION, OMBENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Fuga a C), REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes like 'Mal. Correctivo' and 'Buena'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Conexión electrónica', 'Prueba de alarma'.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entry '2'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Fuga a 0 (Cierre total)', 'Fuga Manera', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Activación de válvula de flujo'.

En Mantenimiento: HOROMETRO, PRESION, OMBENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes like 'funciona correctamente' and 'Wihman S'.