ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	SAD-MAN-FR-008
Version: 1	Fecha Actualizacion: 03/08/2016
	Página 1 de 2

Fecha Remision		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-635B	Fecha Inicio	25/04/22 T:05	Fecha Fin	25/04/22 10:33

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO (OPERADOR DE SERVICIO)

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	N. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

TABLA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 98%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (5 lpm)	Pila (5 Vcc)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5V dc)	FILTROS (5V dc)	BASE (5V dc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - GD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5V - GD)	RUEDAS (5V dc)	OBSERVACIONES
	16590	6.5	93.4	Si	Si	Si	ES	S.	S.	S.	S.	S.	Si	Mal. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	9 min	Generó Alarma	SI		Si		Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Rotas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bien		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	S.	Con Sobrecalentamiento	

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK parte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS FUNCIONALES

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L2 - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

ACCESORIOS ENTREGADOS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 98%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (5 lpm)	Pila (5 Vcc)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5V dc)	FILTROS (5V dc)	BASE (5V dc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - GD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5V - GD)	RUEDAS (5V dc)	OBSERVACIONES
	16597	6.1	92.4	Si	Si	Si	ES	SI	SI	SI	Si	Si	S	Correcto mantenimiento

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]