ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo:	GAD-MAN-FR-005
Version: 1	Fecha Actualizacion: 03/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remision:		Remision #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-30923	Fecha Inicio	07/27/22 11:00	Fecha Fin	07/27/22 12:47

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
	X		Base	1		Si X	No
			Ruedas	4		Si X	No
			Filtro Lateral	2		Si X	No
			Switch encendido	1		Si X	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTO ESTANDAR

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (85% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l/min)	FILTROS (5l/min)	BASE (5l/min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 – MD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 – MD)	RUEDAS (5l/min)	OBSERVACIONES
	20529	6.1	92.4	5l	Si	Si	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Si	Prueb. Correctas

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genero Alarma	No X	Si	Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno Si		Con Sobrecalentamiento			

EJECUCION DE LA PRUEBA

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro entrada	X			

LAS PRUEBAS SE REALIZAN CON EL EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

PRUEBAS DE SEGURIDAD

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PRUEBAS POST MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (85% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l/min)	FILTROS (5l/min)	BASE (5l/min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 – MD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 – MD)	RUEDAS (5l/min)	OBSERVACIONES
	20529	6.1	93.7	5l	Si	Si	Si	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funcionan Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G