ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código	SAD-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	MN-5388	Fecha Inicio	05/05/22 8:31	Fecha Fin	05/05/22 12:52

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO DISPOSICION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

REGISTRO MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (3-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LL-LO-ES)	REJILLAS (5l - 4m)	FILTROS (5l - 4m)	BASE (5l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: BARRA (5l - MD)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	33115	4.2	95.1	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	NO	5l	5l	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Genera Alarma	No	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Rotas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5l		Con Sobrecalentamiento					

PRUEBAS FUNCIONALES

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5l
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS FUNCIONALES

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

REGISTRO MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (3-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LL-ES)	REJILLAS (5l - 4m)	FILTROS (5l - 4m)	BASE (5l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: BARRA (5l - MD)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	33116	6.0	93.9	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	NO	5l	5l	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G