



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Código: SAC/SAL/P/008  
Versión: 1 Fecha Actualización: 05/06/2015  
Página: 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: **NW-16450** Fecha Inicio: **07/09/12** 9:04 Fecha Fin: **07/07/12** 10:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	TIPO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI	REPORTE	REPUERTO CAMBIADO
							SI
							NO
							SI
							NO
							SI
							NO
							SI
							NO
							SI
							NO
							SI
							NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACILITADO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGANDO	FILLUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BELLAS	FILTROS	SABE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Designación (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Thru a P" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	MARCA (SI/NO)		
14467	55	946	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Manl. preventivo	
1. OCLADO		Tiempo de la prueba: <b>90min</b>		Gener. Alarma: <b>NO</b>		Cuel: <b>SI</b>								
2. RUJDO EXTRAÑO		SI	NO <b>X</b>	3. ESTADO DE MANDRUERAS		Buena <b>X</b>	Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena <b>X</b>	Mala		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES														
Buena					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI		Con Subresfriamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga + 0 (Cierre fijamento)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - OE)	SI
2	Fuga máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo + (L1-L3-ES)	NO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Operar manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGANDO	FILLUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BELLAS	FILTROS	SABE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Designación (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Thru a P" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	MARCA (SI/NO)		
14467	6293.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	funciona correctamente	
FIRMA MANTENIMIENTO													Wlmar G.	