



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: GAD-M31-F16-008
 Versión: 1
 Fecha Actualización: 05/09
 Página 1 de 2

Rancho #	Auxilio Mantenimiento	No. Orden
----------	-----------------------	-----------

tipo: **MV-3760-B** Fecha Inicio: **12/03/22** 7:34 Fecha Fin: **12/03/22** 9:

CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
-------------------------------	----	----	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------

INDICADOR	UNIDAD	CANTIDAD	ESTADO	REPORTE	REPARACIÓN
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No

HORIZONTE	PRESIÓN	ONGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
				Desconexión (2-4)	Pila (2-4)	"Pico a P" (2-4)				BASE (2-4)	MANILA (2-4)		
SI	5.7	67.2	S	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mont. Correcto	
JO	Tiempo de la prueba			3 min	Gener. Alarma	No	SI	SI	SI	SI	SI	EI	

EXTRAÑO	SI	No	3. ESTADO DE MANOJERAS	Bueno	Midas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Melo
---------	----	----	------------------------	-------	-------	-----------------------------	-------	------

IDENTIFICADOS

6. DE LAS MES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento
---------------	-------	---------------------------	-------	----	------------------------

Prueba	Descripcion	Resultado
Estado Pila 5A, V	Verifica voltaje de la pila	4.9V
Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
Prueba de alarma	Se verifica sonido de la aguda o fuerte	OK parte

Orden del trabajo Identificado: **Mantenimiento Compresor**

DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT