ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	OXD-MAN-FR-028
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	MN-584 B	Fecha Inicio	11/03/22 7:33	Fecha Fin	11/03/22 9:18

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

FECHA	HORA	CLAVE CAMBIO	DESCRIPCIÓN					
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

OBSERVACIONES

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (SLPM)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Ne)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SL-Ne)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	PRUEBAS	FILTROS (SI - No)	BASE (El - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (SI - NO)	RUEDAS (Bueno)
	21272	67	96.1	5L	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	X	SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS										
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido el es agudo o fuerte	Ok fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fugómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Ok
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (SLPM)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Ne)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SL-Ne)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	PRUEBAS	FILTROS (SI - No)	BASE (El - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (SI - NO)	RUEDAS (Bueno)
	21470	63	94.6	SL	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

OBSERVACIONES

Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G