



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAS-MAN-FR-001
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/06/18
Página 1 de 2

Fecha Revisión: _____ Revisión #: _____ Asesor Mantenimiento: _____ No. Orden: _____
 Código Equipo: **Smo147557** Fecha Inicio: **11/09/18 7:46** Fecha Fin: **11/09/18 9:16**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGANDO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES		
					Desconexión			Pila	"Fuga + F"	RELLENO	RETRON	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RELEAS	
					SI/NO	SI/NO	SI/NO						SI/NO	SI/NO			SI/NO
	1655	6.3	94.9	si	si	si	N.A	si	si	si	N.A	si	si	si	Mant. preventivo		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90min		Generó Alarma		si		Causa							
3. RUIDO EXTRAÑO		si		No X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Malo		4. SISTEMA DE REFRIGERACION					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		si		Con Sobrecalentado							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK prueba
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flejo + 0 (Cierre Apagados)	Se verifica activación de alarmas (E1 - L0 - E5)	N.A
2	Flejo Medio	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y S1-L0-E5)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desconecta área eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alido	Observa manguero de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGANDO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES		
					Desconexión			Pila	"Fuga + F"	RELLENO	RETRON	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RELEAS	
					SI/NO	SI/NO	SI/NO						SI/NO	SI/NO			SI/NO
	1655	6.3	94.9	si	si	si	N.A	si	si	si	N.A	si	si	si	Fuera constantemente Walter G.		