ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FE-039
Versión: 1	Fecha Actualización 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Código Equipo	722552622209	Fecha Inicio	11/03/22 9:51	Fecha Fin	11/03/22 11:10

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

							SI		No		
							SI		No		
							SI		No		
							SI		No		
							SI		No		
							SI		No		
							SI		No		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (50 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo o 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si / No)	GASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (Si - No)	RUEDAS (Si / No)	OBSERVACIONES
	105	4.3	94.9	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mal. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	Thora	Generó Alarma	No	Si	Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS						
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Pruebs	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 9.6. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotámetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - DS)	N.A
3	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (50 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo o 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	GASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (Si - No)	RUEDAS (Si / No)	OBSERVACIONES
	12	8.3	94.5	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO