# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Código | SAO-MAN-FR-005 |
| Versión: 1 | Fecha Actualización: 30/08/2016 |
| | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Código Equipo | NW-537B | Fecha Inicio | 14/03/22 7:34 | Fecha Fin | 14/03/22 9:12 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | V | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | SI | | NO | |
| | | | | | | | | SI | | NO | |
| | | | | | | | | SI | | NO | |
| | | | | | | | | SI | | NO | |
| | | | | | | | | SI | | NO | |
| | | | | | | | | SI | | NO | |
| | | | | | | | | SI | | NO | |

| Es Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (9-7 PSI) | OXIGENO (94% - 98%) | FLUJOMETRO (5 Lts) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lts) | Pila (5 Lts) | "Flujo a 0" (LO-ES) | RESILLAS (5 - Lts) | FILTROS (5 - Lts) | BASE (5 - Lts) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - Lts) | MANGUERA (50 - Lts) | RUEDAS (5 - Lts) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 479 | 6.0 | 97.9 | 5: | 5: | 5: | ES | 5: | 5: | 5: | 5: | 5: | 5: | Mant. preventivo |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 90 min | Generó Alarma | SI X | | SI | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | SI | | NO X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Bueno X | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno X | | Malo |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | 5: | Con Sobrecalentamiento | | | | | |

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 6.5 V | Verifica voltaje de la pila | SI |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES) | LO |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | Activo |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | Activo |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | Activo |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

| Es Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (9-7 PSI) | OXIGENO (94% - 98%) | FLUJOMETRO (5 Lts) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lts) | Pila (5 Lts) | "Flujo a 0" (LO-ES) | RESILLAS (5 - Lts) | FILTROS (5 - Lts) | BASE (5 - Lts) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - Lts) | MANGUERA (50 - Lts) | RUEDAS (5 - Lts) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 479.1 | 6.0 | 93.0 | 5: | 5: | 5: | ES | 5: | 5: | 5: | 5: | 5: | 5: | Correcto funcionamiento |

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G