



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA  
Codigo: OX-AMN-FR-02  
Versión: 1  
Fecha Actualización: 05/03/19  
Página 1 de 2

Fecha Revisión: \_\_\_\_\_ Revisado por: \_\_\_\_\_ Asesor Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_  
Codigo Equipo: **MN-3135B** Fecha Inicio: **15/03/22** 7:30 Fecha Fin: **15/03/22** 9:19

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	Y	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORDEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)	SEALIAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	SALIN (SI/NO)	CSSE (SI/NO)	RAMPA (SI/NO)	REAR		
15/03/22	6.292.4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mont. Correctivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba: <b>35 min</b>		Generó Alarma: <b>No</b>		Cual? <b>No</b>									
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	<b>X</b>	3. ESTADO DE MANDUERAS		Buena	Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
7. CONTROL DE TEMPERATURA															
Buena SI Con Sobrecalentamiento															

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 8.8.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	OX parte
6	Oper:		
7	Oper:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	<b>garras</b>	<b>2</b>			

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cerrar Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	SI
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OX
4	Desconexión sonda de flujo	Desconexión línea eléctrica	OX
5	Activación de sonda de flujo	Obstrucción sonda de salida de aire de sensor	OX
6	Oper:		
7	Oper:		
8	Oper:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORDEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)	SEALIAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	SALIN (SI/NO)	CSSE (SI/NO)	RAMPA (SI/NO)	REAR		
15/03/22	6.394.6	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Fuera de Correctivo Fe

Firma Mantenimiento: *Wlmar G.*