ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-020
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/06/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	177055187916	Fecha Inicio	14/03/22 9:50	Fecha Fin	16/7/22 10:59

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

CALLA	CORTE	CLAVE CABLE	DESCRIPCION	CANTIDAD	REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (0-4Lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-5Vc)	Pila (0-5Vc)	"Flujo a 0" (0-0.5Vc)	RESILLAS (0-1Vc)	FILTROS (0-1Vc)	BASE (0-1Vc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0 - 1Vc)	MANGA (0 - 1Vc)	RUEDAS (0-1Vc)	OBSERVACIONES
	1467	8.4	96.7	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Mat. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Genera Alarma	No X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.D
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (0-4Lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-5Vc)	Pila (0-5Vc)	"Flujo a 0" (0-0.5Vc)	RESILLAS (0-1Vc)	FILTROS (0-1Vc)	BASE (0-1Vc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0 - 1Vc)	MANGA (0 - 1Vc)	RUEDAS (0-1Vc)	OBSERVACIONES
	1488	8.4	96.2	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Correctivo funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.