



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: OAD-004-FR-003
Versión 1 Fecha Actualización: 03/08/2016
Página 1 de 2

Fecha Recepción: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: NW-427B Fecha Inicio: 17/03/22 9:54 Fecha Fin: 17/03/22 10:59

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO Y FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CORRE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, EL REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes rows for various equipment issues and their resolutions.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PAZIENTE

FORMA DE MANTENIMIENTO
Includes sections for: PRUEBAS DE ALARMA (with sub-tables for Disconexión, Fuga, Fuga e F), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES (Mant. Correctivo), 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists various tests performed such as 'Estado Pila 5.5 V', 'Pruebas de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Pruebas de alarma'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes entry: 'Manguera tipo refrigeración'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Fuga # 1 (Cama Neón)', 'Fuga máxima', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión señal de Rojo', 'Activación de válvula de arranque'.

FORMA DE MANTENIMIENTO (Bottom section)
Includes: PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES (Correcto funcionamiento), FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.