



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAD-MIN-FRAGE
Versión 1
Fecha Actualización: 03/08/2014
Página 1 de 2

Fecha Recepción: Ramo: Auxiliar Mantenimiento No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: M-3940B Fecha Inicio: 17/03/22 9:03 Fecha Fin: 17/03/22 10:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO Y FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DIBO, CLASE DIBO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPOSTO CAMBIADO. Includes a section for DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE.

Table with columns: Es Mantenimiento, HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FULCROMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 17/03, 6.1, 94.0, Si, Si, Si, ES, Si, Si, Si, NO, Si, Si. Observaciones: 1 Ken! Previamente.

1. CICLADO Tiempo de la prueba: 1 hora Genero Alarma: No. 2. RUIDO EXTRAÑO Si No. 3. ESTADO DE MANGUERAS Buena. 4. SISTEMA DE REFRIGERACION Si No. 5. DATOS IDENTIFICADOS. 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES Buena. 7. CONTROL DE TEMPERATURA Buena. Con Sobrecalentamiento.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila S.S. V (Resultado: 4.5v), Prueba de Fugas (Resultado: OK), Conexión eléctrica (Resultado: OK), Conexión electrónica (Resultado: OK), Prueba de alarma (Resultado: fuerte).

Descripción del Registros Identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Flaco + 3 (Clase fulcrometro) (Resultado: ES), Fuga Maneta (Resultado: La), Detector eléctrico (Resultado: OK), Detonación tarjeta de flaco (Resultado: OK), Activación de válvula de alto (Resultado: OK).

Table with columns: Es Mantenimiento, HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FULCROMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 17/03, 6.0, 93.7, Si, Si, Si, ES, Si, Si, Si, NO, Si, Si. Observaciones: Correcto funcionamiento. Firma: Wilmar G.