

OxPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO		
Fecha Emisión		Revisión #		Análisis Mantenimiento		No. Orden		
Codigo Equipo		Fecha Inicio		Fecha Fin		G:14		
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO		
FALTA DE DAÑO CLASIFICADO		ANTIGÜEDAD		REPORTE		SERVICIO CAMBIADO		
En Mantenimiento		HORÓMETRO	PRISION	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA		
73049		6094.6	SI			DESCRIPCION		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genera Alarma		OBSERVACIONES		
2. RUJO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANDUERAS	RUJO	Mant. preventivo		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI		
No.	Prueba	Descripción				Resultado		
1	Estado Pila S.E.V	Verificar voltaje de la pila				SI		
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo				OX		
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo				OX		
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo				OX		
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudado fuerte				fuerte		
6	Otros:							
7	Otros:							
Descripción del dispositivo verificado								
CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT			
No.		Prueba / Simulación	Descripción				Resultado	
1		Flujo + 3 (Cierre fugas)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E1)				E1	
2		Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) y (S1-L1-E1)				NO	
3		Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora				activo	
4		Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica				activo	
5		Activación de válvula de alta	Cada vez mangara de salida de aire de compresor				activo	
6		Otros:						
7		Otros:						
8		Otros:						
En Mantenimiento		HORÓMETRO	PRISION	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA		
73050		6093.7	SI			DESCRIPCION		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genera Alarma		OBSERVACIONES		
2. RUJO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANDUERAS	RUJO	Correcta funcionamiento		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI		
Firma Mantenimiento		Vilmar G.						