



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 0
BOSMAN-FR-02
Fecha Actualizable: 03/08/2019
Página 1 de 1

| | | | |
|---------------|------------|-----------------|-----------|
| Fecha Emisión | Revisión # | Apellido Nombre | No. Orden |
| Fecha Inicio | Fecha Fin | 18/03/22 | 19/03/22 |
| Código Equipo | | NV-2077 B | 10130 |

| PLACA | SI | NO | FECHA INICIO ASLAMIENTO | FECHA FIN ASLAMIENTO | FECHA INICIO ASLAMIENTO | FECHA FIN ASLAMIENTO |
|---------------|----|----|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Filho Central | | X | | | 1 | 1 |
| Filho Lateral | | X | | | 2 | 2 |

| CICLO | PRESION | OIL | FILTRO | PRUEBAS DE ALARMA | | | SISTEMA DE ALARMA | | | OBSERVACIONES | |
|-------|---------|-----|--------|-------------------|-----|------|-------------------|-------|------|---------------|----------|
| | | | | DESCRIPCION | RES | TIPO | ESTADO | FECHA | TIPO | | FECHA |
| 4990 | 63.80.4 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 90 min | Correcto |

| No. | Prueba | Descripción | Resultado |
|-----|------------------------|---|-----------|
| 1 | Prueba de escape | Se verifica que no haya fuga de escape | OK |
| 2 | Comprobación eléctrica | Se verifican los niveles de voltaje de la batería | OK |
| 3 | Prueba de alarma | Se verifica que la alarma suene | OK |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | REVISIONES | DATE |
|--------|-------------|-------|------------|------|
| 70001 | 70001 | 2 | | |

| No. | Prueba / Descripción | Descripción | Resultado |
|-----|------------------------|---|-----------|
| 1 | Prueba de escape | Se verifica que no haya fuga de escape | OK |
| 2 | Comprobación eléctrica | Se verifican los niveles de voltaje de la batería | OK |
| 3 | Prueba de alarma | Se verifica que la alarma suene | OK |

| CICLO | PRESION | OIL | FILTRO | PRUEBAS DE ALARMA | | | SISTEMA DE ALARMA | | | OBSERVACIONES |
|-------|---------|-----|--------|-------------------|-----|------|-------------------|-------|------|---------------------|
| | | | | DESCRIPCION | RES | TIPO | ESTADO | FECHA | TIPO | |
| 4909 | 62.95.1 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Fuera Correctamente |