# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Código: | GAC46MA-FR-005 |
| Versión: 1 | Fecha Actualización: 09/06/2019 |
| Página 1 de 2 | |

| Fecha Revisión | | Revisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO**

| Código Equipo | NN-1808B | Fecha Inicio | 22/09/22 9:00 | Fecha Fin | 22/09/22 10:44 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**SISTEMA REPORTADO DAÑADO DE SERVICIO**

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | No. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

**INFORMACIÓN ADICIONAL DADO POR EL CLIENTE**

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5-7 PSI) | OXIGENO (90%-95%) | FLUJOMETRO (5 l/m) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/m) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (5 l/m) | FILTROS (5 l/m) | BASE (5 l/m) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 l/m) | CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (10 l/m) | RUEDAS (5 l/m) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14662 | 5.7 | 97.2 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Cent. Correctmos |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 2 min | Generó Alarma | No | | SI | X | Cual? | El |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | SI | | NO | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buena | X | Malas | |
| 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | X | | Malo | | | | | |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | Si | | Con Sobrecalentamiento | | |

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5 V | Verifica voltaje de la pila | 4.9V |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Manguera dem. 2 tramos | 1 | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Clame flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | LO |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | activo |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | activo |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | activo |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5-7 PSI) | OXIGENO (90%-95%) | FLUJOMETRO (5 l/m) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/m) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (5 l/m) | FILTROS (5 l/m) | BASE (5 l/m) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 l/m) | CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (10 l/m) | RUEDAS (5 l/m) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14662 | 6.3 | 95.0 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Funciona Correctamente |

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.