

<b>OXPro</b>		<b>ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES</b>				FORMATO Código: 040-MAN-PR-02 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/03/2019 Página: 1 de 2	
Fecha Remisión	Revisión #	Auxilio Mantenimiento				No. Orden	
Código Equipo	NW-474573		Fecha Inicio	22/03/22	10:30	Fecha Fin	22/03/22 11:07
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X		FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
EQUIPO		MARCA		SERIE		CANTIDAD	REPORTE
							SI
							NO
							SI
							NO
							SI
							NO
							SI
							NO

En Mantenimiento	IONOMETRO	PRESION	OXIGENO	FILLUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					DESCONEXION	PILO	"FUGA A F"				BASE (21-10)	BASE (21-10)	BASE (21-10)		
	7197	5.094.5	5	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Plan. preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Control Alarma		No		SI		Cuff			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno X		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno X	
4. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		SI		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte.	OX parte
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga + 0 (Otros Fugómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	ES
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2)	ES
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de Fuga	Desconecta línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Operar manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	IONOMETRO	PRESION	OXIGENO	FILLUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					DESCONEXION	PILO	"FUGA A F"				BASE (21-10)	BASE (21-10)	BASE (21-10)		
	7197	5.094.2	5	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento Walter G.
PRIMA MANTENIMIENTO															