



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: OXO-MAN-PS-001
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/06/2019
Página: 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Rotación # _____ Acallar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **MW-4601B** Fecha Inicio: **23/03/22** 7:32 Fecha Fin: **23/03/22** 9:17

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

TAJALTA / DARG / CARG / DARG	CANTIDAD	CONDICIÓN	ACERBILO CAMBIADO
Filtro Central	1	SI	No
		SI	No
		SI	No
		SI	No
		SI	No
		SI	No

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OSÍMENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUIDOS	OBSERVACIONES
					Desconexión (2-4)	Pila (2-4)	"Fuga a F" (2-4)	RELLAS (2-4)	FLETROS (2-4)	BAJE (2-4)	BARRA (2-4)	BARRA (2-4)	BARRA (2-4)		
4929	6.1	93.7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	7.10.1. preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba **90 min**, Generó Alarma **NO**

2. RUIDO EXTRAÑO: **SI**

3. ESTADO DE MANDUERAS: **Bueno**

4. SISTEMA DE REFRIGERACION: **Bueno**

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: _____

6. ESTADO DE LAS CONDICIONES: **Bueno**

7. CONTROL DE TEMPERATURA: **Bueno**, **SI**, Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Dato de Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cable fijado)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	Es activo
2	Fuga Medio	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED azul) y (LL-LO-ES)	activo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de fuga	Difusión de línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de agua	Obtención de muestra de agua de la línea de suministro	activo
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OSÍMENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUIDOS	OBSERVACIONES
					Desconexión (2-4)	Pila (2-4)	"Fuga a F" (2-4)	RELLAS (2-4)	FLETROS (2-4)	BAJE (2-4)	BARRA (2-4)	BARRA (2-4)	BARRA (2-4)		
4920	6.0	92.1	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Fuera correctamente

ASINA MANTENIMIENTO: **Idilma G.**