OXIPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO	
		Codigo	GAD-MAN-FR-006
		Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
		Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	MN-38B	Fecha Inicio	19/03/22 10:01	Fecha Fin	22/03/22 9:51

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

TALLA	BANDA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCARTE			
						Si	No	
						Si	No	
						Si	No	
						Si	No	
						Si	No	
						Si	No	
						Si	No	

En Mantenimiento	HIGRÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RIEL-RILLAS	FILTROS	GAGE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(%rh)	(5-7 PSI)	(90%-95%)	(Si-No)	Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (Si-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	GAGE (Si-NO)	BANDA (Si-NO)	(Si-No)	Mant. Correctivo
	9:50	5.0	57.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	5 min	Generó Alarma	No		Si	✓	Cual?	ES
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.6 V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumático del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de Alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tarjeta Flujo	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desponexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIGRÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RIEL-RILLAS	FILTROS	GAGE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(%rh)	(5-7 PSI)	(90%-95%)	(Si-No)	Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (Si-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	GAGE (Si-NO)	BANDA (Si-NO)	(Si-No)	Funciona Correctamente
	9:51	6.2	94%	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: Hilmar G.