



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Codigo: OAD-MA-FRM-0  
Versión: 1 Fecha Actualización: 03/03/2010  
Página 1 de 2

Fecha Revisión: [ ] Revisión # [ ] Auxiliar Mantenimiento: [ ] No. Orden: [ ]  
Codigo Equipo: **MV-3900B** Fecha Inicio: **24/03/22 7:40** Fecha Fin: **24/03/22 9:17**

FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	PLAGA	SI	NO	X
		Acople plastico			X

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLENAS	FILTROS	VALVULAS	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (1-10)	Pila (1-10)	"Tiempo a 0"	(1-10)	(1-10)	(1-10)				(1-10)	(1-10)		
	6.2	94.7	Si		Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	NO	Si	Si			mat. Correctivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		General Alarma		No		Si		Cual					
2. RUIDO EXTRAÑO		Si		NOX		3. ESTADO DE MANIVIERAS		Buena X		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		NOX		Mala	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Si		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre Aglutinado)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - 63)	ES
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (L1-L0-63))	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de vibrado de alarma	Quitar refrigerante de sistema de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLENAS	FILTROS	VALVULAS	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (1-10)	Pila (1-10)	"Tiempo a 0"	(1-10)	(1-10)	(1-10)				(1-10)	(1-10)		
	6.19	1094.0	Si		Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si				Fuerza Constantemente

FIRMA MANTENIMIENTO: *Wilmar G*