

	ORDEN DE MANTENIMIENTO-CONCENTRADORES				FORMATO		
					Código:	SAG-4247-FR-003	
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018	Página 1 de 2					
Fecha Realizada:	Revisión #	Auxiliar Mantenimiento	No. Orden				
Código Equipo:	NW-1870B	Fecha Inicio:	26/03/22	8:57	Fecha Fin:	26/03/22	10:34
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO
ALTA / BAJA / CANCELADO / REPARADO / OTRO							

En Mantenimiento	HORIZONTE	PRESIÓN	ORDEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELOJES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Fuga a 0"				BARRA	BARRA			
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)			
					SI	SI	ES	SI	SI	SI	X	SI	SI	Manf. pruebas	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			90 min		Gener. Alarma		NO		SI		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		X		3. ESTADO DE MANGUERAS		NO		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		NO	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS															
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		SI		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica estado de la pila	4.0v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	Manjón Insomnizante		L		

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Carga del motor)	Se verifica activación de alarma (L1-L0-00)	ES
2	Fuga Manjón	Se verifica activación de alarma visual y sonora (L00 Fuga a 0 (L0-L0-00))	ES
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Operar manguara de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HORIZONTE	PRESIÓN	ORDEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELOJES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fuga a 0"				BARRA	BARRA		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)		
					SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Funciona correctamente
FIRMA MANTENIMIENTO: <i>[Firma]</i>														