ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 04/04/2018
	Página 1 de 2

Fecha: Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

GENERALIDADES DEL EQUIPO

Código Equipo	MN-2961B	Fecha Inicio	26/03/22 08:55	Fecha Fin	26/03/22 10:33

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

FALLA	SOLUCIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTO		CAMBIO	
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	

DETALLES ADICIONALES ADMINISTRADOR EN SITIO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (20% - 90%)	FLUJOMETRO (5-6Ltr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S1-N2)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (S2-N1)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (L2-ES)	HUELLAS (S1-N2)	FILTROS (S1-N2)	BASE (S1-N2)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S1-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (S1-NO)	RUEDAS (S1-N2)	OBSERVACIONES
	5414	6.4	963	SI	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	Optimo	Generó Alarma	No X	SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Ok fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - ES)	Lo
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (20% - 90%)	FLUJOMETRO (5-6Ltr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S1-N2)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (S2-N1)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (L2-ES)	HUELLAS (S1-N2)	FILTROS (S1-N2)	BASE (S1-N2)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S1-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (S1-NO)	RUEDAS (S1-N2)	OBSERVACIONES
	5414	6.2	94.0	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correctivo funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO