

Fecha Revisión: _____ Revisión #: _____ Asesor Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **MV-37500** Fecha Inicio: **20/03/22 7:30** Fecha Fin: **20/03/22 9:16**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

TALLA	CANT.	UNIDAD	BASE	COMO	REVISION	CANTIDAD	REPORTE	SEÑALADO	COMISAL
6				B-C		1		SI	X
								SI	No
								SI	No
								SI	No
								SI	No
								SI	No
								SI	No

En Mantenimiento	HÓRNETRO	PRESIÓN	ORUCINO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flejo a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MARKA (SI-NO)			(SI-NO)
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)			(SI-NO)
	2103	LO	50.2	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	Mant. Correctivo		
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		1 min	Generó Alarma	No	SI	Y	Cual?	E1						
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Sobrecalentamiento								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila d.s. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si en agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado		Mant. Compresor.	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo "0" (Clara fijómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1-LD-ES)	ES
2	Flejo Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y SL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	actua
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desconexión línea eléctrica	actua
5	Activación de válvula de aire	Control manguera de salida de aire de compresor	actua
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HÓRNETRO	PRESIÓN	ORUCINO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flejo a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MARKA (SI-NO)			(SI-NO)
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)			(SI-NO)
2104	61	94.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Correcto funcionamiento		
FIRMA MANTENIMIENTO													Alfonso G.		