

	INVERSIONES GRUPO SHALOM		V1-012021	
	NIT: 900659139-9			
	INFORME SERVICIO TECNICO REPARACION EQUIPOS			
CORRECTIVO		D-2022-030		CLIENTE: OXIPRO
MANTENIMIENTO APLICADO				FECHA 28 marzo-2022
PREVENTIVO		CORRECTIVO	X	29 de marzo de 2022
VERIFICACION		MANTENIMIENTO		
INFORMACION DEL EQUIPO				
DESCRIPCIÓN	REVISION COMPRESOR CAMBIO ANILLOS		HORAS #	115
MARCA	AIRSEP	MODELO	FREE STYLE	SERIE
				CBB0217510079
DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO:				
SISTEMAS CONCENTRADOR OXIGENO		SERIAL	OBSERVACIONES	
REVISION TARJETA		K21007634	BUEN ESTADO	
REVISION ENCENDIDO			BUEN ESTADO	
REVISION SISTEMA DE ELECTROVALVULAS			BUEN ESTADO VALVULA	
REVISION COMPRESOR		CBC0217510032	REVISION COMPRESOR CAMBIO DE ANILLOS	
REVISION SATURACION DE OXIGENO			SE ENTREGA SATURANDO 97%	
REVISION SISTEMA ELECTRICO			BUEN ESTADO	
REVISION SISTEMA ELECTRONICO			BUEN ESTADO	
REVISION LECHOS DE ZEOLITA		BUA0216070468-BUA0219300075	SH (7366 -7365)	
REVISION SISTEMA FILTROS			BUEN ESTADO	
REVISION DE ALARMAS			BUEN ESTADO	
REVISION ESPUMAS, SOPORTES Y MANGUERAS			BUEN ESTADO Y SIN FUGAS	
SERIAL SHALOM			8072	
LABORES ADICIONALES Y FECHA DE PROXIMO MANTENIMIENTO				
SE REALIZO LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO . MANTENIMIENTO UNICAMENTE AL COMPRESOR CAMBIO DE ANILLOS POSTERIOR A SU MANTENIMIENTO CORRECTIVO SATURÓ 97%				
ESTADO INTERNO				
				
ESTADO EXTERNO Y SATURACIÓN				
				
RECIBIDO A SATISFACCIÓN				
MARIA ORTIZ			FECHA	
		29	3	22
SOPORTE TECNICO	CLIENTE			