| OXIPro | ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES | FORMATO | |
|---|---|---|---|
| | | Codigo | GAD-MAN-FR-005 |
| | | Versión: 1 | Fecha Actualización: 05/06/2018 |
| | | Página 1 de 2 | |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Codigo Equipo | NW-2169 B | Fecha Inicio | 29/03/22 7:01 | Fecha Fin | 30/03/22 10:59 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| FALLA | DAÑO | CAUSA DAÑO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | REPORTE | REPUESTO | | CAMBIADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pilto lateral | 2 | | Si | | No | |
| | | | pilto lateral | 1 | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

| En Mantenimiento | HIDRÓMETRO | PRESIÓN | OXIGENO | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA | | | RIELLAS | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS | | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desconexión | Fila | "Flujo a 0" | | | | | | | |
| | (lm) | (0-7 PSI) | (80% - 95%) | (SI-No) | (SI-No) | (SI-No) | (LO-ES) | (SI-No) | (SI-No) | (SI-No) | BAR (SI-NO) | MARCA (SI-NO) | (SI-No) | |
| | 30000 | 6.0 | 77.2 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Mant. Corrector |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 3 min | Gesard Alarma | Si X | Cual? | El |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas X | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | X | Malo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | |
|---|---|

| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | Si | Con Sobrecalentamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5 V | Verifica voltaje de la pila | 4.8V |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | Mant. Compresor. |
|---|---|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)) | LO |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | activo |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconexión líneas eléctricas | activo |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | activo |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HIDRÓMETRO | PRESIÓN | OXIGENO | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA | | | RIELLAS | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS | | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desconexión | Fila | "Flujo a 0" | | | | | | | |
| | (lm) | (0-7 PSI) | (80% - 95%) | (SI-No) | (SI-No) | (SI-No) | (LO-ES) | (SI-No) | (SI-No) | (SI-No) | BASE (SI-NO) | MARCA (SI-NO) | (SI-No) | Funciona Correctamente |
| | 30000 | 6.1 | 93.9 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | FIRMA MANTENIMIENTO |