| OXPro | ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES | FORMATO | |
|---|---|---|---|
| | | Código | MAO-MAN-FR-003 |
| | | Versión: 1 | Fecha Actualización: 8/08/2018 |
| | | Página 1 de 2 | |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Codigo Equipo | MN-24918 | Fecha Inicio | 31/03/22 7:32 | Fecha Fin | 31/03/22 9:16 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | V | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CAUSAS DAÑOS O ANOMALIAS | | | DESCRIPCION | | | REPUESTOS CAMBIADOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

| En Mantenimiento | HOROMETRO | PRESIÓN | OXIGENO | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA | | | REJILLAS | FILTROS | BASE | CODIGO DE BARRAS | | RUEDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desconexión | Pila | "Flujo a 0" | | | | | | |
| | (Hrs) | (0-7 PSI) | (90% - 95%) | (0-Hz) | (Si-No) | (Si-No) | (LO-ES) | (Si - No) | (Si - No) | (Si - No) | BASE (Si - No) | MANILA (Si - No) | (Si-No) |
| | 12084 | 61 | 86.6 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si |

OBSERVACIONES: Mant. Correctivo

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 27 m.s | Generó Alarma | No | | Si X | | Cual? | La |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas X | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno X | | Malo |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Buena | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | Si | Con Sobrecalentamiento | | | |

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5 V | Verifica voltaje de la pila | Si |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | Ok |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | Ok |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | Ok |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

Descripcion del diagnóstico identificado:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tanz | 2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | Lo |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | activo |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | activo |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | activo |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HOROMETRO | PRESIÓN | OXIGENO | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA | | | REJILLAS | FILTROS | BASE | CODIGO DE BARRAS | | RUEDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desconexión | Pila | "Flujo a 0" | | | | | | |
| | (Hrs) | (0-7 PSI) | (90% - 95%) | (0-Hz) | (Si-No) | (Si-No) | (LO-ES) | (Si - No) | (Si - No) | (Si - No) | BASE (Si - No) | MANILA (Si - No) | (Si-No) |
| | 12084 | 61 | 95.7 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si |

OBSERVACIONES: Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.