



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO SAC-MAN-FR-03
Versión: 1 Fecha Actualización: 02/08/2018
Página 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Revisión a: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____
Codigo Equipo: (017200) M2055 224567 Fecha Inicio: 03/05/22 9:14 Fecha Fin: 03/05/22 10:20

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HOMOMETRO	PRESION	OSMERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJIAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fijo a 6"				BASE	MARK	RUEDAS		
1385	0.7	96.3	SI	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Mant. preventivo	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba: 1 hora		Gestión Alarma: No		Causa: No										
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		NO	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		NO	Moto					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	BUROS			7. CONTROL DE TEMPERATURA		BUROS		SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica estado de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	OK parte
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Clave Fugometr)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - E2)	N.A
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (L1-L2-E2)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión legón de fuga	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Operar manivela de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HOMOMETRO	PRESION	OSMERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJIAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fijo a 6"				BASE	MARK	RUEDAS		
1385	0.7	96.3	SI	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Fuera de Comentario William G.	
FECHA MANTENIMIENTO: _____															