



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: 03AD-AMA-FR-009
Version: 1
Fecha Actualización: 03/03/2019
Página 1 de 2

Fecha Recepción: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: Nro. Orden:

Identificación del Equipo
Codigo Equipo: **NA-12743** Fecha Inicio: **09/05/22 7:32** Fecha Fin: **09/05/22 10:21**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **Y** FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI	REPORTE	REPLUESTO CAMBIADO
					SI		NO
					SI		NO
					SI		NO
					SI		NO
					SI		NO
					SI		NO
					SI		NO
					SI		NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACENTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a E" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	BARRA (SI-NO)	(SI-NO)		
	60	6.0	04.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI		mant. Correctivo	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba: 10 min		Gener. Alarma: No		Cual? SI										
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena		Mal:				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agudo o fuerte	OX fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Familia	2			
	Manguera familia	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cerrar Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1-L2-E5)	ES
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo u LED amarillo y (L1-L2-E5)	NO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OX
4	Desconexión tarjeta de Pila	Desconecta línea eléctrica	OX
5	Activación de vibrata de alto	Distorsión manguera de salida de aire de compresor	OX
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a E" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	BARRA (SI-NO)	(SI-NO)		
	6293.9	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI		Firma Mantenimiento: habibmaw G.	