ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo:	GAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualizacion: 03/08/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: MA 126B | Fecha Inicio: 12/05/22 7:34 | Fecha Fin: 13/5/22 9:14

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

REVISIÓN MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V dc)	Pila (5V dc)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5V dc)	FILTROS (5V dc)	BASE (5V dc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - MD)	MANGA (5V - MD)	RUEDAS (5V dc)	OBSERVACIONES
	14780	6.2	90.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90min | Generó Alarma: No X | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno Si | Con Sobrecalentamiento

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS Y ALARMAS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fluómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión linea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V dc)	Pila (5V dc)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5V dc)	FILTROS (5V dc)	BASE (5V dc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - MD)	MANGA (5V - MD)	RUEDAS (5V dc)	OBSERVACIONES
	14781	6.2	90.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO