OXPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO	
		Codigo	GAD-MNA-FR-030
		Versión: 1	Fecha Actualización: 05/09/2018
		Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MN-3567B	Fecha Inicio	14/05/22 8:50	Fecha Fin	14/05/22 10:53

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN						
		Switch encendido	L		Si	X	No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (50 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 lts)	Pila (50 lts)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 lts)	FILTROS (50 lts)	BASE (50 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: FASE (50 - 90)	BANDA (50 - 90)	RUEDAS (50 lts)
	19204	62	93X	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES: Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No X	Si		Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica condición neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (50 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 lts)	Pila (50 lts)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 lts)	FILTROS (50 lts)	BASE (50 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: FASE (50 - 90)	BANDA (50 - 90)	RUEDAS (50 lts)
	19209	6.3	92.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES: funciona, Correctivo de

FIRMA MANTENIMIENTO: [illegible]