ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MTO-FR-008
Version: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

DETALLE DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NW-142B	Fecha Inicio	13/5/22 9:27	Fecha Fin	14/5/22 10:37

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

CALIBRACIONES REALIZADAS

								SI		No
								SI		No
								SI		No
								SI		No
								SI		No
								SI		No
								SI		No

ACTIVIDADES ADICIONALES REQUERIDAS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (20 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 lts)	Pila (20 lts)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (20 lts)	FILTROS (20 lts)	BASE (20 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - MO)	CÓDIGO DE BARRAS: MARCA (20 - MO)	RUEDAS (20 lts)	OBSERVACIONES
	23577	6.2	92.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5.	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES LO
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 lts)	Pila (5 lts)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 lts)	FILTROS (5 lts)	BASE (5 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - MO)	CÓDIGO DE BARRAS: MARCA (5 - MO)	RUEDAS (5 lts)	OBSERVACIONES
	23582	6.2	90.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.