



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 01
 Código: SAC-MAN-FR-008
 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/09/2019
 Página: 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Revisión: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **DMV-135413** Fecha Inicio: **16/05/22 7:33** Fecha Fin: **16/05/22 9:14**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	BAND	CLASE/DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI	REPORTE	REPUERTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HÓRIMETRO	PRESIÓN	ONGERO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descripción (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a S" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)		
2020	66	95-1	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	Mant. preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90min		Generó Alarma		SI	Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena	Molas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	5;		Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros		
7	Otros		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 2 (Cierre fugitivo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E3)	
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y L1-L3-E3)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación de válvula de aire	Operar manopla de salida de aire de compresor	
6	Otros		
6	Otros		
6	Otros		

En Mantenimiento	HÓRIMETRO	PRESIÓN	ONGERO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descripción (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a S" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)		
2020	67	943	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento	

FIRMA MANTENIMIENTO: *Wilmar G*