ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	BAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualización: 05/08/2015
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-15278	Fecha Inicio	17/05/22 8:30	Fecha Fin	17/5/22 9:37

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SE SOLICITA REPUESTOS O PRODUCTOS DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	CUENTA ARMADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

ALTERACIONES ENCONTRADAS EN EL PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (95% - 98%)	FLUJOMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	SEÑALES (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (Si - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	4789	6.0	92.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 9.5 V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK, parte
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (93% - 98%)	FLUJOMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	SEÑALES (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (Si - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	4790	6.2	90.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Apnea Concentrador

FIRMA MANTENIMIENTO