



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
 Código: OX24MAN24-026  
 Versión: 1  
 Fecha Actualización: 03/06/2015  
 Página 1 de 2

Fecha Revisión: \_\_\_\_\_ Remisión # \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

**IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO**  
 Código Equipo: **07200612118** Fecha Inicio: \_\_\_\_\_ Fecha Fin: \_\_\_\_\_

**EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA** SI  NO  **FECHA INICIO AISLAMIENTO** \_\_\_\_\_ **FECHA FIN AISLAMIENTO** \_\_\_\_\_

FALLA	DAÑO	ELABORADO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ES REPORTE	REPLETO/ CAMBIADO
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

**DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE**

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	DESGRABO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SELLOS	FILTROS	BASC	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a F" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)		
1. CICLADO														
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No												
3. ESTADO DE MANGUERAS														
4. SISTEMA DE REFRIGERACION														
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES														
7. CONTROL DE TEMPERATURA														

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1.	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	
2.	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3.	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4.	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5.	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6.	Otro:		
7.	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado: \_\_\_\_\_

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1.	Flujo a 0 (Carga Flujo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E5)	
2.	Flujo Medio	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E5)	
3.	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4.	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5.	Activación de válvula de flujo	Desafuér manguera de salida de aire de compresor	
6.	Otro:		
7.	Otro:		
8.	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	DESGRABO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SELLOS	FILTROS	BASC	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a F" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)		

FIRMA MANTENIMIENTO: *Wm G.*