| OXPro | ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES | FORMATO: Código: [illegible] Versión: 1 Fecha Actualización: [illegible] Página 1 de 2 |
|---|---|---|

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| Código Equipo | MN-23808 | Fecha Inicio | 25/05/22 15:01 | Fecha Fin | 25/05/22 16:50 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | ✓ | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

## AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (P.T.Pa) | OXIGENO (Ml/L - Ml/L) | FLUJÓMETRO (Si/No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No) | Pila (Si/No) | "Flujo a 0" (L/D-E) | REJILLAS (Si/No) | FILTROS (Si/No) | BASE (Si/No) | CODIGO DE BARRAS: BASE (Si/No) | BANDA (Si/No) | RUEDAS (Si/No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4042 | 6.3 | 95.0 | Si | Si | Si | 60 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Mant. Preventivo |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 90min | Genero Alarma | No X | Si | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Bueno X | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno X | Malo |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | Si | | Con Sobrecalentamiento | |

DIAGNÓSTICO TALLER

## SET DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 3.5 V | Verifica voltaje de la pila | Su |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido o de agudo o fuerte | fuerte |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |

Descripcion del diagnostico identificado

## REPUESTOS USADOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

LABORES REALIZADAS

## PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo + 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E3) | Lo |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Flujo + LED amarillo y LL-L0-E3) | Lo |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconexión línea eléctrica | OK |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | OK |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |
| 8 | Otros | | |

PARAMETROS DE SALIDA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (P.T.Pa) | OXIGENO (Ml/L - Ml/L) | FLUJÓMETRO (Si/No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No) | Pila (Si/No) | "Flujo a 0" (L/D-E) | REJILLAS (Si/No) | FILTROS (Si/No) | BASE (Si/No) | CODIGO DE BARRAS: BASE (Si/No) | BANDA (Si/No) | RUEDAS (Si/No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4043 | 6.2 | 94.7 | Si | Si | Si | 60 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Funciona Correctamente |

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]