ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRAQORES

FORMATO

Codigo	GAD-MANT-FR-009
Version: 1	Fecha Actualización: 05/08/2015
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-2303B | Fecha Inicio: 26/01/22 7:32 | Fecha Fin: 26/01/22 9:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI: | NO: X | **FECHA INICIO AISLAMIENTO:** | **FECHA FIN AISLAMIENTO:**

SINTOMA REPORTADO (OPERADOR DE SERVICIO)

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

ANALISIS DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l/min)	FILTROS (5l/min)	BASE (5l/min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MIX)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - MIX)	RUEDAS (5l/min)	OBSERVACIONES
Inicio	60	6	94.3	Si	Si	Si	LO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90min | Generó Alarma: No | Si: | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si: | No: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena: X | Malas: | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno: X | Malo:

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: Si | Con Sobrecalentamiento:

PRUEBAS FINALES

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK / parte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fluxómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	LO
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión alarma	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l/min)	FILTROS (5l/min)	BASE (5l/min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MIX)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - MIX)	RUEDAS (5l/min)	OBSERVACIONES
Salida	60	6	94.4	5	Si	Si	LO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: