



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAC-60418-F-005
Versión 1
Fecha Actualización: 04/06/2018
Página 1 de 2

Fecha Narrado: 1-10-22, Revisión #: 169366, Auxiliar Mantenimiento: mpatino, No. Orden:

Identificación del Equipo: Código Equipo: NW-4683B, Fecha Inicio: 3-10-77, Fecha Fin: 3-10-22

Equipo contaminado por posible plaga: SI NO, Fecha Inicio Aislamiento, Fecha Fin Aislamiento

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASIFICADO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, EL REPORTE, REEMPLAZO CAMBIADO. Includes handwritten entry: 'Filtro de aire'.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

Form with sections: Pruebas de alarma (Detonación, Pila, Fuga a F), NEUMÁTICAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten notes: 'Buenas', 'MHO', 'Cual?'. Section 4: ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests: Estado Pila S.C.V., Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Prueba de alarma. Results: BUENO, BUENO, BUENO, BUENO, BUENO.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entry: 'Filtro de aire'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests: Pila + 0 (Cierre Fugativo), Pila abierta, Desconexión eléctrica, Desconexión rápida de fuga, Activación de válvula de alivio. Results: BUENO, BUENO, BUENO, BUENO, BUENO.

Form with sections: Pruebas de alarma, NEUMÁTICAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten notes: 'Aprobado', 'Firma Mantenimiento: Norma Patino'.