ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-005
Version: 1	Fecha Actualización: 03/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 1-16-22 | Remisión #: 179366 | Auxiliar Mantenimiento: MPatino | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-3419B | Fecha Inicio: 3-16-22 | Fecha Fin: 3-1022

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO ORIGINADOS DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	N. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			Falla ext central	1		Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PRESENTACION DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lts)	Pila (5 Vcc)	"Flujo a 0" (LCD ES)	REJILLAS (5 - Vcc)	FILTROS (5 - Vcc)	BASE (5 - Vcc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - VCC)	MANIJA (5 - VCC)	RUEDAS (5 Vcc)	OBSERVACIONES
27/03/1	7.2	923	91	5	5	5	5	5	X	5	5	5	5	MAO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Genera Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena S | Con Sobrecalentamiento

AREA DE MANTENIMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	S
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	FUERTE
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Falla de aire				

AREA DE MANTENIMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES)	C
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	ok
5	Activación de válvula de aire	Obstrui manguera de salida de aire de compresor	ok
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PRESENTACION DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Vcc)	Pila (5 Vcc)	"Flujo a 0" (LCD ES)	REJILLAS (5 - Vcc)	FILTROS (5 - Vcc)	BASE (5 - Vcc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - VCC)	MANIJA (5 - VCC)	RUEDAS (5 Vcc)	OBSERVACIONES
27/03/1	7.1	930	5	5	5	ES	S	S	S	S	S	S	S	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patiño