



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAD-MNH-F-003
Versión 1
Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 27-9-21, Revisión #: 1690210, Auxiliar Mantenimiento: Mirafino, No. Orden: 3-10-72

Código Equipo: NN-423AB, Fecha Inicio: 15-9-21, Fecha Fin: 3-10-21

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns for equipment type and contamination status. Includes a grid for 'CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA' with 'SI' and 'NO' options.

Main maintenance form with sections for 'PRUEBAS DE ALARMA', 'ESTADO DE MANGUERAS', 'SISTEMA DE REFRIGERACION', and 'ESTADO DE LAS CONEXIONES'. Includes handwritten notes like 'Presenta ruido extraño, parece como mangueras' and 'Buenas'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Contains test results for battery voltage, pressure, electrical connection, and alarm test. Results are mostly 'OK' or 'Fuerte'.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Lists parts like 'Filtro de aire', 'Filtro de baterías', 'Anillos', and 'Kit de mangueras'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Contains simulation test results for alarm activation, pressure, and electrical connection.

Final maintenance form section with 'PRUEBAS DE ALARMA' and 'ESTADO DE LAS CONEXIONES'. Includes handwritten signature 'Mirafino' and the word 'Aprobado'.