OXYPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAO-MAN-FR-009
Version: 1
Fecha Actualizacion: 05/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 5-10-22 | Remisión #: 169627 | Auxiliar Mantenimiento: mpatino | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-7879B | Fecha Inicio: 5-10-22 | Fecha Fin: 5-10-27

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [ ] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

DAÑO(S) REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			FHHO ext central			Si [ ] No [ ]
			FHHO ext lateral			Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE:

PARAMETROS DE PRUEBA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (A T PSI)	OXIGENO (92% - 96%)	FLUJOMETRO (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 8" (LO-ES)	REJILLAS (5 - Nro)	FILTROS (5 - Nro)	BASE (5 - Nro)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - NO)	RUEDAS (5 Nro)	OBSERVACIONES
24/02/68	8.1	51	51	51	51	51	ES	51	120	51	5	51	5	MHO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genero Alarma: No [X] Si [ ] Cual? | 2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [Y] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [Y] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [^] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno [51] Con Sobrecalentamiento [ ]

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	FUERTE
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE ALARMAS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo = LED amarillo y (LL-LO-ES)	ES
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE ALARMA

Fin Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (A T PSI)	OXIGENO (92% - 96%)	FLUJOMETRO (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 8" (LO-ES)	REJILLAS (5 - Nro)	FILTROS (5 - Nro)	BASE (5 - Nro)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - NO)	RUEDAS (5 Nro)	OBSERVACIONES
24/02/6923	5	51	51	ES	5	51	5	51	5	51	5	51		Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patiño