ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 5-10-22 | Remisión #: 169622 | Auxiliar Mantenimiento: M Patino | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-3920B | Fecha Inicio: 5-10-22 | Fecha Fin: 5-10-22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLAS, DAÑOS O CAUSAS | **SOLUCIÓN** | **CANTIDAD** | **REPUESTO** | **ACTUATIVO AMBAS**

									SI		No	
									SI		No	
									SI		No	
									SI		No	
									SI		No	
									SI		No	
									SI		No	

SINTOMA (OPERADOR DIRIGIDO/OBSERVADO) | **DESCRIPCIÓN ADICIONAL DIAGNOSTICO POR AGENTE**

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (0-5lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No)	Pila (S-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (S-No)	FILTROS (S-No)	BASE (S-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S-NO)	BARRAS (S-NO)	RUEDAS (S-No)	OBSERVACIONES
	26206	6.2	95	5	SI	SI	ES	S	SI	SI	SI	SI	SI	MTO

1. CICLADO | Tiempo de la prueba | Generó Alarma: No 6 | Si | Cant?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X

3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas

4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas

7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno SI | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro de aire				

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y tonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (0-5lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No)	Pila (S-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (S-No)	FILTROS (S-No)	BASE (S-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S-NO)	BARRAS (S-NO)	RUEDAS (S-No)	OBSERVACIONES
	26207	6.2	95	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patiño