

Fecha Recepción: **6-10-22** Revisión a: **169770** Auditor Mantenimiento: **M. Patino** No. Orden: **169770**

Código Equipo: **NN-977B** Fecha Inicio: **6-10-22** Fecha Fin: **6-10-22**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAJA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

Sin Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAB	FILTROS	BAZE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	*Flujo a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	OTRO (SI-NO)			
	880967	936	5	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MHO	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	SI	Cuel?								
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Mal					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																
Buenas					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI		Con Sólido/estancamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	OK OK OK OK OK OK OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otro:		
7	Otro:		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo 0" (Cierre Rojo/Inactivo)	Se verifica activación de alarmas (LI - LO - ES)	OK OK OK OK OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (LL-LS-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión mecánica de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de flujo	Observar manguera de salida de aire de compresor	
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

Sin Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAB	FILTROS	BAZE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	*Flujo a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	OTRO (SI-NO)		
	885062	941	5	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado
FIRMA MANTENIMIENTO														Manuela Patino	