ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 8-10-22 | Remisión #: 169919 | Auxiliar Mantenimiento: M Patino | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN - 09/18 | Fecha Inicio: 10-10-22 | Fecha Fin: 13-10-22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | | **FECHA INICIO AISLAMIENTO** | | **FECHA FIN AISLAMIENTO** |

SINTOMA REPORTADO OPERARIOS DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
			Mtto central Filtro en Cafeteria	1/2		Si / No	
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PALIENTE

REVISIÓN MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8.7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lts)	Pila (5 Lts)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 Lts)	FILTROS (5 Lts)	BASE (5 Lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - 1KG)	BARRAS (5 - 1KG)	RUEDAS (5 Lts)	OBSERVACIONES
	9907	87	93											Mtto

1. RUIDO | Tiempo de la prueba | | Generó Alarma | No | X | Si | | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | X | Malas | | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | X | Malo |

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | SI | Con Sobrecalentamiento

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte.
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Mtto de Motor	1			
	Filtro de Bacteria	1			
	Kit de manguera	1			

PRUEBAS FUNCIONALES

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	OK
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obtener manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PRUEBAS FINALES

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8.7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lts)	Pila (5 Lts)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 Lts)	FILTROS (5 Lts)	BASE (5 Lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - 1KG)	BARRAS (5 - 1KG)	RUEDAS (5 Lts)	OBSERVACIONES
	9920	87	94	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patiño