ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAS-MAN-FR-009
Versión: 3	Fecha Actualización: 15/03/2022
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 15-10-22 | Remisión #: 170457 | Apellido Mantenimiento: MARTINEZ | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-310B | Fecha Inicio: 19-10-22 | Hora Inicio Labor: 8:00 | Fecha Fin: 19-10-22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | | **FECHA INICIO AISLAMIENTO** | | **FECHA FIN AISLAMIENTO** |

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			FILTRO CENTRAL			Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

DESCRIPCION DE LA PRUEBA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	Pila (5l-Min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l - Min)	FILTROS (5l - Min)	BASE (5l - Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 10l)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 10l)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
	5556	6,7	95	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MAL

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	S	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	FUERTE
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	manguera. KIA				

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clame flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora .	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

DESCRIPCION DE LA PRUEBA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	Pila (5l-Min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l - Min)	FILTROS (5l - Min)	BASE (5l - Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 10l)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 10l)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
	5557	6,8	93,2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Martinez