OXIPro
OXÍGENOS MEDICINALES

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-006
Versión: 3	Fecha Actualización: 10/03/2022
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	15-10-22	Remisión #	170452	Auxiliar Mantenimiento	MPatino	No. Orden	

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-2024B	Fecha Inicio	18-10-22	Hora Inicio Labor	8:30	Fecha Fin	18-10-22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: No X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Cantidad	Cantidad	Reemplazo		Cambiado	
			filtro ext lateral	1		Si		No	
			interruptor			Si		No	
			filtro ext central. (ojo)			Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 Pts)	OXÍGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	Cambio	Filtros	Fuga	Código de Barras: Base (Si-No)	Manual (Si-No)	Ruedas (Si-No)	OBSERVACIONES
	17652	7.0	95.2	Si	Si	Si	ES	SL	SL	SI	SL	SL	SI	MHO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	or
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	or
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	or
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido él es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Pila				
	filtro de aire.				

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	ES
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	or
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	or
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	or
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 Pts)	OXÍGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	Cambio	Filtros	Fuga	Código de Barras	Manual (Si-No)	Ruedas (Si-No)	OBSERVACIONES
	17654	6.7	92.6	Si	Si	Si	ES	SL	SL	SL	SL	SL	SL	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patino