ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MANTR-006
Versión: 1	Fecha actualización: 05/09/2019
Página 1 de 3	

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: mPalomo | No. Orden:

Código Equipo: GNO19478Z | Fecha Inicio: 11/12 8:50 | Fecha Fin: 11/12 10:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (k- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6m)	Pila (5l-6m)	"Fuga a 0" 5.5 DS	REJILLAS (5l - 6m)	FILTROS (5l - 6m)	BASE (5l - 6m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6m)	CÓDIGO DE BARRAS: CENTRAL (5l - 6m)	RUEDAS (5l-6m)	OBSERVACIONES
	907965	91.1	SI	SI	S	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		Mto Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: No X | Si | Cuál?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno S | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - S5)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-L0-S5)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (k- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6m)	Pila (5l-6m)	"Fuga a 0" 5.5 DS	REJILLAS (5l - 6m)	FILTROS (5l - 6m)	BASE (5l - 6m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6m)	CÓDIGO DE BARRAS: CENTRAL (5l - 6m)	RUEDAS (5l-6m)	OBSERVACIONES
	1480629	15	S	S	S	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		Ajustados

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Palmo