ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código:	SAD-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 19/11 | Remisión #: 16732 | Auxiliar Mantenimiento: 1. M Patiño | No. Orden:

Código Equipo: NN-43015 | Fecha Inicio: 19/11 6:30 | Fecha Fin: 19/11 11:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

			Ppal del central						SI		No	
									SI		No	
									SI		No	
									SI		No	
									SI		No	
									SI		No	
									SI		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5-6Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-1Lts)	Pila (0-1Lts)	"Flujo a 0" (2,5-4Lts)	REJILLAS (0-1Lts)	FILTROS (0-1Lts)	BASE (0-1Lts)	CODIGO DE BARRAS: Audio (0-1Lts)	Sin Audio (0,1 - 1Lts)	RUIDOS (0-1Lts)	OBSERVACIONES
	88163	98.7	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mtto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1h30	Genera Alarma	No	SI	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenos	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al es agudo o fuerte	SI Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5-6Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-1Lts)	Pila (0-1Lts)	"Flujo a 0" (2,5-4Lts)	REJILLAS (0-1Lts)	FILTROS (0-1Lts)	BASE (0-1Lts)	CODIGO DE BARRAS: Audio (0-1Lts)	Sin Audio (0,1 - 1Lts)	RUIDOS (0-1Lts)	OBSERVACIONES
	88262	94.1	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Apagado

FIRMA MANTENIMIENTO: Mauricio Patiño