ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	BAS-MAN-FO-026
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2015
	Página 1 de 3

Fecha Remisión | Remisión # | Asistir Mantenimiento: MPalmc | No. Orden

Codigo Equipo: CM1908150335 | Fecha Inicio: 19/12 8:20 | Fecha Fin: 19/12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

PLAGA												
									Si		No	
									Si		No	
									Si		No	
									Si		No	
									Si		No	
									Si		No	
									Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 lts)	Pila (0 lts)	"Flujo a 0" (LS-03)	AGUJAS (0 - lts)	FILTROS (0 - lts)	BASE (0 - lts)	CODIGO DE BARRAS: BASE (0 - lts)	CODIGO DE BARRAS: MANGUERA (0 - lts)	RUEDAS (0 lts)	OBSERVACIONES
	7657	7	95%	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTTO Preventivo

1. CICLADO | Tiempo de la prueba | Genero Alarma: No X Si | CUBT

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenos | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena SI | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al se agudo o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L2 - S3)	OK
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L2-S3)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 lts)	Pila (0 lts)	"Flujo a 0" (LS-03)	AGUJAS (0 - lts)	FILTROS (0 - lts)	BASE (0 - lts)	CODIGO DE BARRAS: BASE (0 - lts)	CODIGO DE BARRAS: MANGUERA (0 - lts)	RUEDAS (0 lts)	OBSERVACIONES
	7662	7	95%	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Retirado

FIRMA MANTENIMIENTO: Mantenimiento